


SCHEMA TECNICA: Poltrone per prelievi e terapie infusionali – GMGIAP1160

 <p>M A D E I N I T A L Y</p> <p>Certificata - Certification:</p>   	<p>Cod. Art. : AP1160</p> 	<p>Movimentazioni: Movements: Movimientos:</p> 
<p>Colori Rivestimenti: / Upholsteries colors: / Revestimiento de colores:</p>		
 <p>Sisal Vanille Safran Orange Rot Delft Türkis Azur Parakeet Pistazie Grau Schwarz</p>		
<p>La poltrona è realizzata completamente in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche essiccate a 250°C. Lo schienale e il sedile sono costruiti in multistrato di legno di faggio, un pannello ad alta resistenza, costituito da più fogli e fibre di legno, resistenti all'umidità. Sedile, schienale e poggiatesta sono imbottiti in espanso a densità differenziata e rivestiti in semipelle ignifuga in classe 1IM lavabile e disinfettabile. Lo schienale è dotato di maniglia di spinta posteriore. Il movimento dello schienale e del poggiatesta è sincronizzato mediante una molla a gas azionata da leve bilaterali. I braccioli, imbottiti e sagomati per un migliore contenimento, sono orientabili in tutte le posizioni, ribaltabili per agevolare l'accesso alla poltrona, scorrevoli e completi di dispositivo di bloccaggio. La base è completa di due ruote Ø 125 mm piroettanti o direzionabili anteriori e due piroettanti con freno nella parte posteriore. La poltrona è espressamente utilizzata e certificata per prelievo/trasfusione essendo la stessa provvista di posizione TRENDELENBURG o posizione ANTI-SHOCK con le seguenti inclinazioni: SCHIENALE da -5° a +100° GAMBALE da -90° a + 14° PORTATA 150 KG PESO: 35 kg.</p>		
<p>ACCESSORI DISPONIBILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poggiatesta monocolore o bicolor MZ1058 - Poggiatesta grigio MZ1059; - Portarotolo MZ5048; - Asta flebo MZ5049; - Morsetto per asta flebo MZ5051 - Morsetto per asta flebo MZ5051 <p>Prog. di sistema attribuito al D.M.62976 Classif. CND V0802</p>		
<p>Cod. Articolo</p>	<p>GMGIAP1160</p>	
<p>Descrizione</p>	<p>Poltrona prelievi su ruote con movimenti sincronizzati e posizione antishock. Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche di elevata resistenza meccanica, chimica e alla corrosione; schienale con struttura interna metallica; supporto in multistrato di conifera per seduta e gambale.</p>	
<p>Dimensioni</p>	<p>90-175x72x123h cm</p>	

SCHEMA TECNICA: Poltrone per prelievi e terapie infusionali – GMGIAP1160

 <p>QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA Certificato di conformità alla norma ISO 9001:2015 n. Q-0099-03</p> <p>Rilasciato a GIVAS S.r.l. codice fiscale: 01498610260 Sede Legale: Viale Veneto, 2 - Frazione Villatora - 35020 Saonara (PD) Italia</p> <p>per l'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità nel sito di: Viale Veneto, 2 - Frazione Villatora - 35020 Saonara (PD) Italia Via Canada, 11/4 - 35127 Padova (PD) Italia</p> <p>Settore: 17</p> <p>Scopo: Progettazione, produzione, distribuzione ed assistenza di arredi tecnici ed attrezzature per strutture sanitarie di cura e assistenza.</p> <p>La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (semestrale/annuale) e al risarcimento completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale. Il presente documento riporta informazioni sullo stato della certificazione alla data della sua emissione. Si raccomanda di verificare la validità ed autenticità tramite il sito web: www.qcb.it o tramite l'effettuazione della scansione del QR Code sotto indicato.</p> <p>Data prima emissione: 12/08/2003 Data ultima emissione: 20/05/2019 Data obbligata del rinnovo: 30/07/2022</p>    <p>Quality Certification Bureau Italia S.r.l. - Via Fermi 23, 35136 Padova - Italy ph. 049 8725897 - Fax 1766076741 e-mail: info@qcb.it - web: www.qcb.it</p>	 <p>QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA Certificato di conformità alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016 n. D-0099-19</p> <p>Rilasciato a GIVAS S.r.l. codice fiscale: 01498610260 Sede Legale: Viale Veneto, 2 - Frazione Villatora - 35020 Saonara (PD) Italia</p> <p>per l'implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità nel sito di per il sito di: Viale Veneto, 2 - Frazione Villatora - 35020 Saonara (PD) Italia Via Canada, 11/4 - 35127 Padova (PD) Italia</p> <p>Settore: 17</p> <p>Campo di applicazione: Progettazione, produzione, distribuzione ed assistenza di arredi tecnici ed attrezzature per strutture sanitarie di cura e assistenza.</p> <p>I dettagli relativi ad eventuali esclusioni di requisiti della norma ISO 13485:2016 possono essere ottenuti consultando il Manuale Qualità dell'organizzazione certificata. La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e alla verifica completa dello stesso con periodicità triennale. Il presente certificato è emesso sulla base dell'audit di rinnovo del precedente Certificato n° D-0099-19 scaduto il 20/04/2019. Il presente documento riporta informazioni sullo stato della certificazione alla data della sua emissione. Si raccomanda di verificare la validità ed autenticità tramite il sito web: www.qcb.it o tramite l'effettuazione della scansione del QR Code sotto indicato.</p> <p>Data prima emissione: 20/02/2019 Data ultima emissione: 20/05/2019 Data obbligata del rinnovo: 20/04/2022</p>    <p>Quality Certification Bureau Italia S.r.l. - Via Fermi 23, 35136 Padova - Italy ph. 049 8725897 - Fax 1766076741 e-mail: info@qcb.it - web: www.qcb.it</p>	 <p>QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA Certificato di conformità alla norma ISO 14001:2015 n. A-0099-17</p> <p>Rilasciato a GIVAS S.r.l. codice fiscale: 01498610260 Sede Legale: Viale Veneto, 2 - Frazione Villatora - 35020 Saonara (PD) Italia</p> <p>per l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale nel sito di: Viale Veneto, 2 - Frazione Villatora - 35020 Saonara (PD) Italia Via Canada, 11/4 - 35127 Padova (PD) Italia</p> <p>Settore: 17</p> <p>Il sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015 è valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA 91-08.</p> <p>Scopo: Progettazione, produzione, distribuzione ed assistenza di arredi tecnici ed attrezzature per strutture sanitarie, processi di lavorazioni meccaniche, saldatura e montaggio.</p> <p>La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale e al risarcimento completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale. Il presente documento riporta informazioni sullo stato della certificazione alla data della sua emissione. Si raccomanda di verificare la validità ed autenticità tramite il sito web: www.qcb.it o tramite l'effettuazione della scansione del QR Code sotto indicato. Lo scopo indicato si riferisce al complesso di attività svolte nel sito web.</p> <p>Data prima emissione: 04/08/2017 Data ultima emissione: 29/07/2020 Data obbligata del rinnovo: 03/08/2023</p>    <p>Quality Certification Bureau Italia S.r.l. - Via Fermi 23, 35136 Padova - Italy ph. 049 8725897 - Fax 1766076741 e-mail: info@qcb.it - web: www.qcb.it</p>
Cod. Articolo	GMGIAP1160	
Descrizione		
Dimensioni		